



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.НЦ.09.000.М.002242.11.22 ОТ 17.11.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), согласно приложению.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ГОЛЛИВУД", 603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА БОРИСА ПАНИНА, ДОМ 7, КОРПУС 4, ПОМЕЩЕНИЕ 4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ "ГОЛЛИВУД", 603089, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА БОРИСА ПАНИНА, ДОМ 7, КОРПУС 4, ПОМЕЩЕНИЕ 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПин 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 08/3-4070 от 07.11.2022, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области". Аттестат аккредитации Органа инспекции № RA RU.710007.



Заключение действительно до 17.11.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3348484



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.НЦ.09.000.М.002242.11.22 от 17.11.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

1. Перечень выполняемых работ: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинской рентгеновской диагностики.
2. Размещение рентгеновского аппарата: рентгеновский кабинет расположен на первом этаже жилого здания по адресу: 603089, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 7, корпус 4, помещение 4.
3. Эксплуатация:
 - 3.1. Аппарат рентгеновский цифровой панорамный ORTHOPHOS XG 3D ready Ceph.
Заводской номер № 50956.
Год выпуска - 2017.
Максимальное анодное напряжение - 70 кВ.
 - 3.2. Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT Plus.
Заводской номер № 24971.
Год выпуска - 2014.
Максимальное анодное напряжение - 70 кВ.
4. Хранение и набор средств защиты от рентгеновского излучения соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".
5. Ограничительные мероприятия:
 - Обязательное ежегодное предоставление радиационно-гигиенического паспорта организации - до 20 января следующего за отчетным года.
 - Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения на условия выполнения работ с источником ионизирующего излучения не более 5 лет.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

О.Е. Степанова
Ф. И. О., подпись, печать